

To: [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl; [5.1.2e] [5.1.2e]@rivm.nl
From: [5.1.2e]
Sent: Tue 8/18/2020 8:03:34 AM
Subject: FW: agenda TC Taskforce [5.1.2e] Dx 12 augustus
Received: Tue 8/18/2020 8:03:35 AM
[SARS-CoV-2 antigen detection assays 11082020.pptx](#)

Hoi,

Samenvatting antigeentesten bijgevoegd. Coris hebben we zelf gedaan en ook bij ErasmusMC. ErasmusMC heeft ook nog andere getest/aan het testen. [5.1.2e] zou nog overzichtje leveren.

Binnenkort/nu ook verkrijgbaar fluorescentie gebaseerd en aflezen op apparaat van Quidel analoog aan BIOEASY assay in presentatie: <https://www.quidel.com/immunoassays/rapid-sars-tests/sofia-sars-antigen-fia>

Kritische vraag blijft waar de toepassing hiervan te vinden is. High throughput toepassing is alleen mogelijk met aardig wat personele inzet en veel apparaten en koppeling met systeem voor vastleggen/genereren uitslagen; een echte testuitvoerstraat inrichten. Lokale POCT inzet bij uitbraak verpleeghuis oid lijkt mij zeker optie met dit type antigeentest. Of dit nu oplossing is voor Schiphol of reguliere teststraten vraag ik mij af.

Mvg

[5.1.2e]