

To: [redacted] 5.1.5 [redacted] 5.1.2e [redacted]@nfu.nl]  
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e [redacted]@minvws.nl]  
From: [redacted] 5.1.2e  
Sent: Wed 3/25/2020 10:04:07 AM  
Subject: Re: Test voor de maskers uit China ;  
Received: Wed 3/25/2020 10:04:15 AM

Kan iemand gewoon een e-mail sturen? LUMC heeft al getest en voor QC zouden we Proqares moeten inschakelen. Dan weten we zeker dat de maskers goedgekeurd zijn! Dat heeft niets met jullie antwoord te maken!!!!  
Ps dit systeem van automatische e-mails werkt niet en wij gaan hier echt geen voorraden op aanbieden. IBC heeft toegang tot productie en voorraad, maar zo werken we niet. Wij gaan weer naar decentraal aanbieden aan eind gebruikers die gewoon ja of nee zeggen. Ik hoor het wel als jullie gebruik willen maken van wat we hebben.

With kind regards,

[redacted] 5.1.2e

IB Consultancy

[www.ib-consultancy.com](http://www.ib-consultancy.com)

Sent from my iPhone

On 25 Mar 2020, at 10:59, [redacted] 5.1.5 [redacted] 5.1.2e [redacted]@nfu.nl> wrote:

Geachte heer/mevrouw,

Dank voor uw email en inspanningen tot zover.

Op dit moment zijn de prioriteiten gesteld ten behoeve van *snelheid* en *beschikbaarheid* binnen zéér korte termijn (dagen).

Dat betekent dat momenteel primair wordt gezocht naar *fysieke en persoonlijk* controleerbare voorraden die zich binnen Noordwest Europa bevinden.

Vorraden uit verdergelegen gebieden (waaronder China) of goederen die nog geproduceerd moeten worden zijn onze tweede prioriteit. Daar liggen ook al veel contacten voor vanuit onze bestaande netwerken en leveranciers.

Met betrekking tot uw aanbieding verzoeken wij u ons zo spoedig mogelijk de specificaties daarvan toe te zenden.

Kunt u ons, **via één direct antwoord op deze e-mail**, de volgende informatie toesturen:

- Email met bedrijfs- en contactgegevens
- Volledig leesbare ongecensureerde afbeeldingen (alle zijden) van producten en verpakkingen
- Volledig leesbare ongecensureerde CE-certificaten en kwaliteitsdocumenten
- Hoeveelheden en fysieke locatie van de goederen
- Duidelijke prijsstelling en betalingsvoorwaarden

**Graag wil ik u erop attenderen dat incomplete informatie niet in behandeling wordt genomen.**

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,  
Landelijk Consortium Hulpmiddelen

**From:** 5.1.2e <5.1.2e@ib-consultancy.com>  
**Sent:** Tuesday, March 24, 2020 5:05 PM  
**To:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>; 5.1.2e @lumc.nl <5.1.2e@lumc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ggdhm.nl>  
**Cc:** 5.1.2e @proqares.com <5.1.2e@proqares.com>; 5.1.5 5.1.2e @NFU.nl <5.1.5@minvws.nl>  
**Subject:** Re: Test voor de maskers uit China ;

Heren.

Dit is geen inkoop verhaal, dit is een verzoek voor een urgente opdracht aan Proqares. Ik begrijp de logica achter het inkoop proces voor nieuwe aanbiedingen, maar dit gaat over de maskers die deze week binnen komen en waar we NU samples van hebben. Door dit uit te stellen kunnen de maskers straks niet snel genoeg ingezet worden, en is de investering van 4,5 M\$ van LUMC minder waardevol.

Graag snelle reactie om ea toch nu in gang te zetten.

With kind regards,

5.1.2e

IB Consultancy

www.ib-consultancy.com

Sent from my iPhone

On 24 Mar 2020, at 16:48, 5.1.5 @minvws.nl wrote:

Beste heer 5.1.2e

Hartelijk dank voor uw mail.

Sinds kort wordt de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen centraal gecoördineerd. VWS draagt aanbiedingen met betrekking tot de inkoop van beschermingsmiddelen over aan dit centrale inkooppunt.

Daarom stuur ik uw mail, en die van dhr. 5.1.2e (Proqares), door naar dit centrale inkooppunt.

Graag wil ik u vragen om uw verdere correspondentie te richten aan dit consortium. Het mailadres is:

5.1.2e @nfu.nl.

Ik wil u, mede namens 5.1.2e, hartelijk danken voor het meedenken!

Met vriendelijke groet,

<image004.jpg>

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie

Team Corona

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag

Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

**Van:** 5.1.2e <5.1.2e@proqares.com>

**Verzonden:** dinsdag 24 maart 2020 09:53

**Aan:** 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl>

**CC:** 5.1.2e <5.1.2e@ggdhm.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@lumc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@erasmusmc.nl>; 5.1.2e <5.1.2e@ib-consultancy.com>

**Onderwerp:** RE: Test voor de maskers uit China ;

Beste 5.1.2e

Even een aantal punten ter verduidelijking:

ProQares is een testlaboratorium, wat een aantal experimenten betreffende beschermende middelen onder accreditatie kan uitvoeren, maar accreditatie van mondkapjes (FFP1 / FFP2 / FFP3) vallen niet onder onze scope.

Binnen de Notified bodies (certificerende instanties) van EU wordt op dit moment een consensus bereikt dat in overleg met Nationale Autoriteiten, bewuste selectie van experimenten uit te voeren en zodanig snel beschermende middelen op de markt te kunnen krijgen. Op dit moment is nog niet duidelijk wanneer dit wordt gecommuniceerd. Wel is er al een melding uitgestuurd betreffende aanpak in deze crisis.

Om helder te zijn: ProQares is geen Notified Body.

Wij hebben wel de apparatuur om deze mondkapjes te testen met NaCl en Paraffine (zie tabel hieronder), deze penetratie test zegt iets over de classificering van het materiaal van de mondkapjes.

Deze apparatuur gebruiken wij normaal gesproken voor filters voor volgelaat - maskers (wel in scope en refereert naar dezelfde testmethode EN13274-7)

De scope heb ik bijgevoegd en bij punt 1 Clause 6.13 en punt 4 Clause 7.12 staat hetgeen boven vermeld aangeduid.

Een belangrijk punt om te melden is dat de performance van het materiaal maar 1 onderdeel is van de bescherming van het mondkapje,

de gecombineerde prestatie (lekkage + penetratie van het masker) zou normaal gesproken worden getest op een loopband met proefpersonen.

Evenals in een aantal andere EU landen (Italië, Duitsland, Engeland) hebben wij op dit moment de filosofie dat deze testen met proefpersonen vanwege meerdere veiligheidsredenen niet plaats kunnen vinden in de komende periode onder de huidige omstandigheden.

In de norm staat dat er getest dient te worden in drie verschillende condities : 1) as received, 2) after simulated wearing and 3) after temperature conditioning.

Ieder onderdeel kost tijd; de 2 dagen die schetst betreft alleen het testen van de mondkapjes in de as received (zoals ontvangen, direct uit verpakking) conditie.

Simulated wearing op zich duurt al drie dagen, dus dan is de doorlooptijd 5 dagen langer (2 testdagen).

Temperature conditioning kost ook 2 dagen, dus dan is de doorlooptijd ook langer.

Eventueel zou de test uitgevoerd kunnen worden totdat de penetratie een stabiele waarde bereikt ( in plaats van tot 120 mg aan belading), dan zou er een x aantal uur bespaard worden.

Dit is tevens 1 van de onderdelen waar de Notified Bodies op dit moment een gedragen advies aan het formuleren zijn, zodat de duur van de test voor de Corona Crisis zo verantwoord mogelijk te verkort kan worden, zodat met urgentie middelen op de markt komen.

De doorlooptijd is dus volledig afhankelijk van waar behoefte aan is.

Ik heb een voorbeeld-rapport mee gestuurd om een beter beeld te geven hoe het rapport eruit zou komen te zien van het "as received" product

Graag heb ik telefonisch contact met u, om af te stemmen wat voldoende wordt geacht door uw organisatie.

<image001.png>

Vriendelijke groeten

5.1.2e

5.1.2a

5.1.2e

Respiratory Protection

ProQares B.V.  
Lange Kleiweg 137  
2288 GJ Rijswijk

T: 5.1.2e

M: 5.1.2e

The Netherlands  
internet [www.proqares.com](http://www.proqares.com)

This e-mail message and its content and attachments are subject to the disclaimer published at the following website of ProQares: <http://www.proqares.com/disclaimer>.

ProQares is registered at the Chamber of Commerce and Industry of Haaglanden, the Netherlands, with reference number: 50483145.

We handle your personal information carefully, safely and confidentially. Our privacy statement states how we do this: <http://www.proqares.com/privacy-statement>.

---

**Van:** 5.1.2e [ 5.1.2e @ib-consultancy.com ]

**Verzonden:** maandag 23 maart 2020 22:00

**Aan:** 5.1.2e ; 5.1.2e

**CC:** 5.1.2e ; 5.1.2e ; 5.1.2e

**Onderwerp:** Test voor de maskers uit China

Beste 5.1.2e

De 5.1.1c maskers die we nu uit China halen hebben niet de markeringen die RIVM wil. Daarover volgt nog een apart memo. Ik heb 5.1.2e van Proqares (TNO) in CC gezet. Hij kan deze maskers testen en dat duurt twee dagen. Ik heb al een aantal samples in Nederland (vandaag aangekomen) en wil deze graag getest hebben zodat we de 5.1.1c direct kunnen gaan gebruiken (ook daar een aantal samples van nemen en door Proqares laten testen na aankomst). Proqares geeft uiteraard prioriteit aan opdrachten van VWS.

Kan jij een opdracht geven aan Proqares om het sample dat we nu hebben met spoed te testen, en voor volgende week quality check testen uit te voeren op de maskers die we hebben ontvangen?

De test gaat niet zozeer om een volledige certificering voor FFP2 of kN95, maar om een efficiëntie test van het materiaal (90% of meer) en mogelijk een fit test (deels FFP2). Met die data kunnen we het beste bepalen hoe de maskers het beste kunnen worden gebruikt.

With kind regards,

5.1.2e

5.1.2e

Phone

5.1.2e

Mobile

<image002.gif>

Follow us!

[www.facebook.com/ibconsultancy](https://www.facebook.com/ibconsultancy)

[www.twitter.com/ibconsultancy](https://www.twitter.com/ibconsultancy)

[vimeo.com/ibconsultancy](https://vimeo.com/ibconsultancy)

[www.youtube.com/ibconsultancycom](https://www.youtube.com/ibconsultancycom)

<Scope 2019.pdf>

<EU Commissie Aanbeveling 2020-403.pdf>

<Example FFP2\_FFP3 report.pdf>