

Eindbeoordelingsformulier

Datum	09-09-2020
Inkoopnummer	
Lotnummer	369
Leverancier	Popai
Productnaam of naam fabrikant	Ung5-Mask
Productiedatum	
Type mondmasker (volgens de fabrikant)	Ung5

	+	+/-	-
Oordeel RIVM			-
Oordeel AH/TOXI		+/-	
Algemene bevindingen:			

	Testgemiddelde
Particle Penetration	28.3%
Algemene bevindingen:	

	FF Pass Level	
	Zonder clip	Met clip
Test 1	13	6.4
Test 2	5.5	5.0
Gemiddelde		
FFP2 (Ja/Nee)	Fail	

Waterkolom	Gemiddelde	Standaarddeviatie
		/

Spattest	☐ PASS	☒ FAIL
----------	-------------------------------	--

Versturen? (JA/NEEN/ONHOLD)	
Artikelnummer VWS:	758
Algemene bevindingen:	

Checklist prestatiecontrole adembeschermingsmaskers

Inkoopnummer		LOT-nummer	36g
Datum uitvoering check	9-4-2020		
Leveringsdatum			
Leverancier			
Productnaam of naam fabrikant	KNG5		
Productiedatum			
Naam	5.1.2e		
Functie			
Besproken met RIVM			
Advies: Type masker bij uitgifte:			

Werkwijze:

RIVM voert de "administratieve" controle uit met betrekking tot notified bodies, certificaten en Declarations of Conformities. De arbeidshygiënist beoordeelt opdruk binnendoos, verpakking masker op onregelmatigheden met behulp van deze checklist. Het masker zelf wordt gecontroleerd op aantal lagen, kwaliteit, bevestiging van elastieken en fit op het gezicht. Vervolgens wordt een gezamenlijk advies gegeven over onder welke categorie dit masker zal worden uitgegeven naar de ziekenhuizen.

Administratief (wordt ingevuld door RIVM)

Technical data sheet aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Garantiecertificaat aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Declaration of conformity aanwezig?	☐ Ja	☐ Nee
Oordeel van RIVM		

Prestatie levering

Oordeel arbeidshygiënist	type FFP 2 qua filter
--------------------------	-----------------------

BINNENDOOS/PLASTICZAK	
1	Aantal maskers per binnendoos/plasticzak? <i>onbekend</i>
2	Algemene indruk binnendoos/plasticzak? (vochtplekken, ingedeukt, verkleurd etc) ☐ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat: ☐ Extra stickers opgeplakt, nl:
3	Welk product staat op de binnendoos/plasticzak?
4	Welke leverancier staat op de binnendoos/plasticzak?
5	Staat een CE merk op de doos/plasticzak? ☐ Ja ☐ Nee
6	Welke norm(en) staan op de binnendoos/plasticzak? ☐ EN 149 (FFP) ☐ N95 ☐ KN95 ☐ P2 (Australia) ☐ KMOEL- 2017-64 Korea ☐ DS (Japan JMHLW-- ☐ EN 14683 (Surgical) ☐ Y 0469-2011 (Surgical) ☐ YY/T 0969 (Face mask) ☒ GB2626-2006 <i>→ op masker-</i> ☐ Anders:..... ☐ Geen
7	Is er een instructie bijgeleverd? ☐ Staat op de doos ☐ Los in de doos ☐ Ontbreekt
8	Heeft de instructie betrekking op het masker in de doos/plasticzak? ☐ Ja ☐ Nee ☒ N.v.t.
9	Staat er een expiratie datum op binnendoos/plasticzak (shelf life max. 5 jaar) ☐ Ja ☐ Nee

Bijzonderheden:

VERPAKKING OM HET INDIVUELE MASKER	
1	Zit er verpakking om het masker? ☒ Ja ☐ Nee
	Zo ja:
2	Hoe is de verpakking te openen? ☐ Gemakkelijk ☐ Lastig ☐ Moeilijk
3	Correspondeert de verpakking met de informatie op de binnendoos? ☐ Ja ☐ Nee, het volgende wijkt af:

Bijzonderheden:

HET MASKER	
1	Algemene indruk masker? ☒ Integriteit in orde ☐ Integriteit niet in orde, omdat:
2	Komt het masker overeen met de foto/tekening op de binnendoos? ☐ Ja ☐ Ontbreekt ☐ Nee, het volgende wijkt af:
3	Wat staat er op het masker: KN 95. GB2626-2006
	Komt dit overeen met wat op de verpakking van het masker staat? ☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
	Komt dit overeen met wat er op de binnendoos staat? ☐ Ja ☐ Nee ☐ N.v.t.
4	Is de stof is non woven? ☒ Ja ☐ Nee
5	Aantal lagen van het masker: ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☒ 5
6	Heeft het masker een nare geur? ☐ Ja ☒ Nee
7	Hoe wordt masker op hoofd bevestigd? ☐ Met hoofdbanden ☒ Met oor elastieken ☐ Losse touwtjes
8	Hoe zitten de touwtjes/elastieken aan het masker vast? ☐ Erop gestanst ☒ Erin gestanst ☐ Gelijmd ☐ Genaaid ☐ Vast d.m.v.
9	Wat is de kwaliteit van de bevestiging van de touwtjes/elastieken? ☒ Goed stevig vast ☐ Bij een keer dragen geen probleem ☐ Bij extra kracht laat het los
10	Neusstuk ☒ Metaal in de stof → metaal + schuim rubber ☐ Metaal aan de buitenkant ☐ Met filterdoek afgedekt ☐ Rubber strip ☐

Bijzonderheden:

	DE FIT VAN HET MASKER OP HET GEZICHT	
1	Hoe past het masker op het gezicht?	☐ Goed ☒ Ruimte bij de kin ☐ Ruimte bij neusstuk na aandrukken ☐ Slechte aansluiting bij wangen ☐
2	Waar ontsnapt lucht bij de leaktest	☐ Niet ☐ Neus ☒ Kin ☐ Zijkant ☐ N.v.t. (Chirurgisch)
3	Kan het masker met de touwtjes en elastieken strakker op het gezicht worden getrokken?	☐ Ja ☒ Nee ☐ N.v.t.
4	Wat gebeurt er als het gezicht beweegt?	☒ Masker blijft op zijn plek ☐ Masker verschuift ☐

Bijzonderheden:

Particle Penetration by Kalibra

Inkoopnummer		LOT-nummer	369
Datum	09 apr 2020		
Productnaam	KN95 mask		
Leverancier	POPAL		
Type mondmasker	KN95		

	Gemiddelde rendement > 0,3	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3	Gemiddelde rendement > 0,5	Pass or Fail t.o.v. P1/P2/P3
Masker 1	93,9	98,3 P1	98,3	P2
Masker 2	91,4	97,3 P1	97,3	P2
Masker 3	92,8	97,7 P1	97,7	P2
Totaal gemiddelde	92,7	97,8 P1	97,8	P2

Eindoordeel $\geq 0,3 \mu m$	pass P1
Eindoordeel $\geq 0,5 \mu m$	pass P2

Fittest by RIVM

Inkoopnummer		LOT nummer	369
Datum			
Productnaam			
Leverancier			
Type mondmasker			

FF Pass Level	
FFP2 (JA/NEEN)	

Gebruiker:	Score	
	Zonder clip	Met clip
5.1.2e	13	6.4
	5.5	5.6

Opmerkingen		
	Zonder clip	Met clip
Algemeen: (ruim, krap, etc)	beleeg/ aan de zijden lekkage onder	trekt aan oor lekkage bij oren
Verschuift bij Up & Down/Bending?		
Is één clip voldoende?		2 clipjes
Overige		

300 168



Inboekrapport VWS

Naam Ontvanger: _____

5.1.2e

Datum: _____

9-4-20

Aantal inkooporder/pakbon _____

Lotnummer _____

369

Aantal pallets

5

Totaal stuks

~~21400~~DEEL
(86400)

Aantal per pallet

19200

Aantal per doos

1200

Aantal per verpakkingseenheid

Aantal komt overeen met inkooporder/pakbon

JA / NEE

Zo niet

Telling bevestigd door

Naam: _____

Paraaf: _____

Aantal afgehaald voor controle
Verpakt per

Artikelnummer: _____

Inkooporder nummer _____

LCH-nummer

3057-232246

Kwaliteitscontrole RIVM

JA / NEE

GOEDGEKEURD / AFGEKEURD

Bijzonderheden:

PARTY

 $72 \times 1200 = 86400$
 $120 \times 1000 = 128000$

- LOT 369

ingeboekt door:

Locatie: - -



PAKBON
PFFN036332-2

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

5.1.2h

Popal Fietsen Nederland B.V.
Huib van Doorneweg 2
5151 DT Drunen
Nederland
5.1.2e @popal.nl

Documentdatum: 09 april 2020
Offertenummer: PFFN036332-2
Betalingscondities: Binnen 2 werkdagen na levering
Verzendwijze: Luchtvracht AMS (Schiphol)

Nr.	Omschrijving	Aantal besteld	Eenheid	Aantal geleverd
KN95-MASK	MOND MASKER	400.000	STK	214.400

TOTAAL GELEVERD

28-03-2020 175.000
09-04-2020 214.400

Nog te leveren: 10.600 stuks

Opdrachtgever: 5.1.2e
Levering: donderdag 09 april 2020

Verplichtingen nummer: 3057-23224

Fysiek gecontroleerd en akkoord voor ontvangst:

NAAM:	5.1.2e	BV
HANDEKENING:	Afd. Inkomende Goederen	cb
	5.1.2e	gen pallets

9 APR '20 15:25

$72 \times 1200 = 86400$
 $128 \times 1000 = 128000$

Terms and conditions

In geval van overmacht en/of buitengewone omstandigheden, waaronder Popal Fietsen Nederland B.V. verstaat een omstandigheid waarop Popal Fietsen Nederland B.V. geen invloed heeft en die de levering c.q. prestatie belemmert of onmogelijk maakt, zoals een bedrijfsstoring, transportvertraging, overheidsbelemmingen en/of niet tijdig leveren door leverancier kan Popal Fietsen Nederland B.V. niet aansprakelijk worden gesteld. Popal Fietsen Nederland B.V. zal de klant zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmacht toestand schriftelijk op de hoogte stellen onder vermelding van de oorzaak, de aard, de verwachten duur van de overmacht.