

To: [redacted] | [redacted]@minvws.nl; [redacted] | [redacted]@minvws.nl
From: [redacted]
Sent: Thur 4/9/2020 7:55:48 AM
Subject: FW: Antw: Dringend verzoek van het kabinet aan de bestuurders van zelfstandige klinieken om beademingsapparatuur voor de uitbreiding van IC-capaciteit in ziekenhuizen tbv COVID-19 beschikbaar te stellen
Received: Thur 4/9/2020 7:55:49 AM

Lijkt mij dat we dit afwijzen. Dat gare apparaat dat meer dan een jaar in de kelder heeft gestaan.

Zal ik aangeven dat we geen bod doen voordat het apparaat is getest. En dat de nieuwwaarde van dergelijke apparaten rond de 15.000 euro ligt en dit apparaat vermoedelijk in verslechterde toestand is? Dus dat we na check echt wel een redelijk bod zullen doen, passende bij de toestand van het apparaat, maar dat het naar alle waarschijnlijkheid onder de 15.000 zal liggen.

Of iets in die trant. Ik ben een beetje geïrriteerd door haar mail. Duidelijk iemand die hier een slaatje uit wil slaan.

Van: [redacted] <[redacted]@dianagabriels.nl>
Verzonden: woensdag 8 april 2020 23:55
Aan: [redacted] <[redacted]@minvws.nl>
Onderwerp: Re: Antw: Dringend verzoek van het kabinet aan de bestuurders van zelfstandige klinieken om beademingsapparatuur voor de uitbreiding van IC-capaciteit in ziekenhuizen tbv COVID-19 beschikbaar te stellen

Geachte [redacted],

Naar aanleiding van onderstaand bericht en telefonisch onderhoud met uw collega op d.d. 7 april jl. bericht ik u. Het apparaat staat momenteel nog steeds bij ons in opslag. Het mag overgenomen worden voor een bedrag ter hoogte van € 15.000,-. Bij akkoord mag het direct opgehaald worden, daar het beschikbaar staat.

Graag verneem ik hoe jullie hierin willen acteren.

Met vriendelijke groet,

[redacted]

[redacted]

Praktijk Gabriels

T : +31 [redacted]

E : [redacted]@dianagabriels.nl

W : www.dianagabriels.nl

[redacted]

Disclaimer. Informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden en/of anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk vermeld. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Praktijk Gabriels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledigheid, onvolkomenheden en/of tijdige bezorging. Voor zover er aanbiedingen gedaan worden c.q. prijzen vermeld worden via email zijn typefouten voorbehouden. Aan deze e-mail kunnen geen rechten ontleend worden.

Disclaimer. Information in this email is exclusively meant for the addressee. Use, publication, and/or spreading this information to third parties is forbidden unless specifically stated so. If you are the wrong receiver please notify us and remove this email. Praktijk Gabriels cannot be held responsible for faulty, incomplete, or not on time delivery of this email. Any offers or prices mentioned in this email are only valid if confirmed in hardcopy. No rights can be derived from this email.

Op 30 mrt. 2020, om 15:17 heeft [redacted] <[redacted]@minvws.nl> het volgende

geschreven:

Hoi [redacted] 5.1.2e

Ik heb even met mijn collega's gesproken.
Overkopen van het apparaat is ok. Tegen welke waarde zouden jullie het apparaat willen verkopen?

Wij zouden het apparaat wel graag eerst laten checken of het geschikt is voordat we het kopen. We hebben bij het EMC een expert unit zitten die de apparaten controleert. Indien het geschikt is, ik vermoed dat dit wel het geval is, kopen wij het apparaat tegen de overeengekomen waarde over. Zie in de bijlage een voorbeeld koopovereenkomst.

Graag hoor ik of jullie met dit proces akkoord zijn, tegen welke prijs jullie het apparaat willen verkopen en waar en wanneer onze logistieke club het apparaat kan ophalen?

Groetjes,
[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e)

Verzonden: maandag 30 maart 2020 10:50

Aan: 'HW | [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@diagnabriels.nl>; [redacted] 5.1.2e@diagnabriels.nl' [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e@diagnabriels.nl>

Onderwerp: RE: Antw: Dringend verzoek van het kabinet aan de bestuurders van zelfstandige klinieken om beademingsapparatuur voor de uitbreiding van IC-capaciteit in ziekenhuizen tbv COVID-19 beschikbaar te stellen

Hoi [redacted] 5.1.2e

Heel erg bedankt voor jullie informatie.
De toren voldoet voor hoever ik heb begrepen van onze experts.
Graag zou ik van jullie horen of jullie deze inmiddels al hebben uitgeleend aan een ziekenhuis? Zo nee, Dan zouden wij het apparaat graag vanuit het ministerie deze week komen ophalen/lenen.

Hebben jullie voor mij de exacte adresgegevens van waar we het apparaat kunnen ophalen?

Dan hebben we nog contact over datum van ophalen en onder welke voorwaarden jullie het apparaat willen uitlenen.

Groetjes,
[redacted] 5.1.2e

Directie Curatieve Zorg
Team COVID-19
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport | Directie Curatieve Zorg |
Pamassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
*(070) [redacted] 5.1.2e
[redacted] 5.1.2e @minvws.nl |

Van: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@diagnabriels.nl>

Verzonden: woensdag 25 maart 2020 10:11

Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e@minvws.nl>

Onderwerp: Antw: Dringend verzoek van het kabinet aan de bestuurders van zelfstandige klinieken om beademingsapparatuur voor de uitbreiding van IC-capaciteit in ziekenhuizen tbv COVID-19 beschikbaar te stellen

Geachte [redacted] 5.1.2e

Dank voor je bericht. Zoals zojuist telefonisch met elkaar afgestemd, zie bijgaand een foto van de toren die de praktijk momenteel in opslag heeft staan. Ik verneem graag of deze voldoet aan jullie eisen.

<image001.jpg><image002.jpg><image003.jpg>

Met vriendelijke groet,

5.1.2e

5.1.2e

Praktijk Gabriels

T : +31 5.1.2e

E : 5.1.2e dianagabriels.nl

W : www.dianagabriels.nl

5.1.2e

Disclaimer. Informatie verzonden met deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Gebruik, openbaarmaking, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden en/of anderen dan geadresseerde(n) is niet toegestaan tenzij uitdrukkelijk vermeld. Indien u niet de beoogde ontvanger bent, wordt u verzocht de verzender hiervan op de hoogte te stellen en het bericht te verwijderen. Praktijk Gabriels kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de onvolledigheid, onvolkomenheden en/of tijdige bezorging. Voor zover er aanbiedingen gedaan worden c.q. prijzen vermeld worden via email zijn typfouten voorbehouden. Aan deze e-mail kunnen geen rechten ontleend worden.

Disclaimer. Information in this email is exclusively meant for the addressee. Use, publication, and/or spreading this information to third parties is forbidden unless specifically stated so. If you are the wrong receiver please notify us and remove this email. Praktijk Gabriels cannot be held responsible for faulty, incomplete, or not on time delivery of this email. Any offers or prices mentioned in this email are only valid if confirmed in hardcopy. No rights can be derived from this email.

Op 24 mrt. 2020, om 17:09 heeft 5.1.2e <5.1.2e@minvws.nl> het volgende geschreven:

Geachte heer/mevrouw,

In het kader van de benodigde uitbreiding van de totale IC-beademingscapaciteit in de Nederlandse ziekenhuizen en vanwege het feit dat zelfstandige behandelcentra beschikken over beademingsapparatuur, doet het kabinet aan alle bestuurders van zelfstandige behandelcentra in Nederland een dringend verzoek om hun beademingsapparatuur beschikbaar te stellen ten behoeve van de opschaling van de IC-capaciteit in ziekenhuizen of ten behoeve van het overnemen van acute zorg aan niet-Covid19-patiënten van ziekenhuizen.

- Het gaat om beademingsapparaten (geschikt voor humaan gebruik), die gecontroleerd kunnen beademen met een teugvolume van 0 tot 2 liter. Met een PEEP liefst van minimaal 20 cm waterdruk en met of zuurstof of gasmix. Ook apparaten die met een lager PEEP (0-20 cm waterdruk) niveau kunnen beademen zijn bruikbaar in ziekenhuizen.

Bij de leden van ZKN is al een inventarisatie gedaan naar beschikbare beademingsapparaten. Zij stellen al hun beademingsapparatuur beschikbaar aan ziekenhuizen, of gebruiken deze om acute zorg aan niet-COVID-19 patiënten van ziekenhuizen in hun kliniek over te nemen.

Een zelfde inventarisatie wil het ministerie van VWS doen bij de klinieken die niet zijn aangesloten bij ZKN. Indien blijkt dat er nog beademingsapparatuur beschikbaar is, wil het ministerie van VWS deze tegen kostprijs (of een ander voorstel voor een redelijke prijs) overnemen of als dat gewenst is lenen, om daar waar het hardst nodig in te kunnen zetten.

Er is haast geboden bij het uitbreiden van de IC-capaciteit. Ik wil u daarom verzoeken om onderstaande vragen in te vullen en uiterlijk morgen (25 maart) om 12.00u naar mij terug te sturen. Indien u nog

beschikbare apparaten heeft zal het ministerie van VWS direct contact met u opnemen.

1. Beschikt u over beademingsapparatuur op uw OK of elders in uw kliniek?
2. Bent u al in gesprek met partners (ziekenhuis) over uitleen van deze apparatuur, of heeft u al apparaten uitgeleend?
3. Zo ja (vraag 1), welk merk en type beademingsmachine heeft u?
4. Zou deze beademingsapparatuur technisch inzetbaar zijn in een ziekenhuis (met andere woorden is het een mobiel apparaat)?
5. Hoeveel 'inzetbare' apparaten heeft u in totaal?
6. Bent u al in gesprek met partners (ziekenhuis) over uitleen van deze apparatuur, of heeft u al apparaten uitgeleend? Zo ja, hoeveel apparaten betreft dit?
7. Hoeveel hebt u er zelf nodig voor de spoedzorg (toelichting: klinieken worden ingezet voor spoedzorg overname uit ziekenhuizen, wellicht heeft u die vraag ook al gekregen)?
8. Hoeveel blijven er over om uit te lenen/te verkopen?

Ik heb uw contactgegevens ontvangen van [5.1.2e], [5.1.2e] van ZKN.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u mij benaderen via mijn contactgegevens in mijn handtekening onderaan deze mail.

We rekenen op uw hulp. Bij voorbaat heel veel dank.

Met vriendelijke groet,

[5.1.2e]

Directie Curatieve Zorg

Team COVID-19

[Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport](#) | Directie Curatieve Zorg |

Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag | Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |

*(070) [5.1.2e]

✉ [5.1.2e]@minvws.nl |

<Oprichtingsbrief beademings- en anesthesieapparatuur def.docx>