

ORDER_NR	SUB_ORDER_NR	LOT_NR	PRODUCT_CATEGORIE_INGEBOEKT
LCH2020-0198 01		100035	9999999974
LCH2020-0198 01		100040	9999999974
LCH2020-0198 01		100041	9999999974
LCH2020-0198 01		100354	9999999974
LCH2020-0198 01		100435	9999999974
LCH2020-0198 01		100450	9999999974
LCH2020-0198 01		100454	9999999974
LCH2020-0198 01		100500	9999999974
LCH2020-0198 01		100775	9999999974
LCH2020-0198 01		100776	9999999974
LCH2020-0198 01		101397	9999999974
LCH2020-0198 01		101399	9999999974
LCH2020-0198 01		101518	9999999974
LCH2020-0198 01		101528	9999999974
LCH2020-0198 01		101530	9999999974
LCH2020-0198 01		101599	9999999974
LCH2020-0198 01		101615	9999999974
LCH2020-0198 01		101637	9999999974
LCH2020-0198 01		300247	9999999974
LCH2020-0198 01		300396	9999999974
LCH2020-0198 01		300398	9999999974
LCH2020-0198 01		300402	9999999974
LCH2020-0198 01		300437	9999999974
LCH2020-0198 01		300446	9999999984
LCH2020-0198 01		300468	9999999974
LCH2020-0198 01		400005	9999999974
LCH2020-0198 01		400017	9999999974
LCH2020-0198 01		400110	9999999974
LCH2020-0198 01		400111	9999999974
LCH2020-0198 01		400120	9999999974
LCH2020-0198 01		400122	9999999974
LCH2020-0198 01		400124	9999999974

LCH2020-0198 01	400127	9999999974
LCH2020-0198 01	400130	9999999974
LCH2020-0198 01	400135	9999999974
LCH2020-0198 01	400171	9999999974
LCH2020-0198 01	400199: onhold	9999999974
LCH2020-0198 01	400218	9999999974
LCH2020-0198 01	400219	9999999974
LCH2020-0198 01	400222	9999999974
LCH2020-0198 01	400223	9999999974
LCH2020-0198 01	400251	9999999974
LCH2020-0198 01	400253	9999999974
LCH2020-0198 01	400256	9999999974
LCH2020-0198 01	400257	9999999974
LCH2020-0198 01	400258	9999999974
LCH2020-0198 01	400265	9999999974
LCH2020-0198 01	400269	9999999974
LCH2020-0198 01	400272	9999999974
LCH2020-0198 01	400283: onhold	9999999974
LCH2020-0198 01	400284	9999999974
LCH2020-0198 01	400322: onhold	9999999974
LCH2020-0198 01	400325: onhold	9999999974
LCH2020-0198 01	400329: onhold	9999999974
LCH2020-0198 01	400330	9999999974
LCH2020-0198 01	400349	9999999974
LCH2020-0198 01	400351: onhold	9999999974
LCH2020-0198 01	400354	9999999974
LCH2020-0198 02	100479	9999999974
LCH2020-0198 02	100483	9999999974
LCH2020-0198 02	100493	9999999974
LCH2020-0198 02	101662: onhold	9999999974
LCH2020-0198 02	300298	9999999974

LCH2020-0198 02	400128	9999999974
LCH2020-0198 03	100485	9999999974
LCH2020-0198 03	101656	9999999974
LCH2020-0198 03	101663	9999999974
LCH2020-0198 03	300292	9999999974
LCH2020-0198 03	300311	9999999974
LCH2020-0198 03	400327	9999999974
LCH2020-0198 04	100466	9999999974
LCH2020-0198 04	100536	9999999974
LCH2020-0198 04	300269	9999999974
LCH2020-0198 05	300338	9999999974
LCH2020-0198 05	300341	9999999974
LCH2020-0198 05	300363	9999999974
LCH2020-0198 06	101516	9999999974
LCH2020-0198 06	300300	9999999974
LCH2020-0198 06	300417	9999999974
LCH2020-0198 06	400123	9999999974

Total

roegepaste items.

[LEVERANCIER_VERKOPER] is ADM (Solutions & Promotions)

[PRODUCT] is Chirurgisch mondmasker type 2R

Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,430,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,501,200 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,497,600 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,420,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	806,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	508,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,430,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,430,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,430,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,430,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,497,600 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,430,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	1,497,600 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	928,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	934,000 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	0 ADM (Solutions &9999999974
Chirurgisch mondmasker typ	940,000 ADM (Solutions &9999999974

<u>DATUM_QUALITY_CHECK</u>	<u>QUALITY_CHECK_EINDOORDEEL_RIVM</u>	<u>VOORRAAD_BESLUIT_LCH</u>
Thursday, August 20, 2020	Fail	Goedkeur
Friday, February 26, 2021	Unknown	Goedkeur
Thursday, August 06, 2020	Pass	Goedkeur
Thursday, August 06, 2020	Fail	Goedkeur
Wednesday, July 29, 2020	Fail	Goedkeur
Tuesday, September 15, 2020	Pass	Goedkeur
Wednesday, August 11, 2021	Unknown	Goedkeur
Wednesday, August 11, 2021	Unknown	Goedkeur
Tuesday, September 15, 2020	Fail	Goedkeur
Monday, September 14, 2020	Unknown	Goedkeur
Thursday, November 19, 2020	Unknown	Goedkeur
Thursday, November 19, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, December 02, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, December 02, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, December 02, 2020	Unknown	Goedkeur
Monday, November 23, 2020	Unknown	Goedkeur
Monday, November 23, 2020	Unknown	Goedkeur
Monday, November 23, 2020	Unknown	Goedkeur
Thursday, September 03, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, September 23, 2020	Unknown	Goedkeur
Tuesday, September 22, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, September 23, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, September 23, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, September 30, 2020	Unknown	Goedkeur
Tuesday, September 29, 2020	Unknown	Goedkeur
Tuesday, October 06, 2020	Unknown	Goedkeur
Friday, October 09, 2020	Unknown	Goedkeur
Friday, October 23, 2020	Unknown	Goedkeur
Friday, October 23, 2020	Unknown	Goedkeur
Monday, October 19, 2020	Unknown	Goedkeur
Monday, October 19, 2020	Unknown	Goedkeur
Friday, October 23, 2020	Unknown	Goedkeur

Tuesday, October 20, 2020	Unknown	Goedkeur
Tuesday, August 11, 2020	Pass	Goedkeur
Tuesday, August 11, 2020	Fail	Goedkeur
Thursday, September 03, 2020	Unknown	Goedkeur
Friday, September 11, 2020	Unknown	Goedkeur
Tuesday, September 15, 2020	Pass	Goedkeur
Tuesday, November 10, 2020	Unknown	Goedkeur
Monday, September 14, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, September 09, 2020	Unknown	Goedkeur
Tuesday, September 22, 2020	Unknown	Goedkeur
Friday, September 11, 2020	Unknown	Goedkeur
Monday, September 14, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, September 16, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, December 02, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, September 09, 2020	Unknown	Goedkeur
Wednesday, September 23, 2020	Unknown	Goedkeur
Monday, October 19, 2020	Unknown	Goedkeur

QUALITY COMMENTS	MANDJE NR	AANBIED DATUM
------------------	-----------	---------------

07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIK op verpakking, testrapport NOBo pass.		
---	--	--

Goedkeur in opdracht van 5.1.2e	7-4	
---------------------------------	-----	--

Afkeur op documentatie en verschillen tussen de masker		
--	--	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIK op verpakking, testrapport NOBo pass.		
---	--	--

Kleurverschil tussen verschillende dozen in hetzelfde LOT. Zie foto in map. Pass op spattest.		
---	--	--

07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIK op verpakking, testrapport NOBo pass.		
---	--	--

Fail op spattest.	0	
-------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIK op verpakking, testrapport NOBo pass.		
---	--	--

27-12-2021 On Hold, DoC ontbreekt (opgevraagd bij leverancier)		
--	--	--

Documentatie klopt op aantal punten niet of fail op spattest, PFE gecancelled door VWS		
--	--	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIK op verpakking, testrapport NOBo pass.		
---	--	--

preferred supplier. Vrijgeven in opdracht van William 4-11		
--	--	--

07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIK op verpakking, testrapport NOBo pass.		
---	--	--

preferred supplier. Vrijgeven in opdracht van William 4-11		
--	--	--

07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIK op verpakking, testrapport NOBo pass.		
---	--	--

preferred supplier. Vrijgeven in opdracht van William 4-11		
--	--	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0	
----------------------------	---	--

07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
Vrijgeven in opdracht van 5.1.2e 4-11	0
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
Vrijgeven in opdracht 5.1.2e van 4-11	0
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
Vrijgeven in opdracht van 5.1.2e 4-11	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
Vrijgeven in opdracht van 5.1.2e 4-11	0
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
Vrijgeven in opdracht van 5.1.2e 4-11	0
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
Vrijgeven in opdracht van 5.1.2e 4-11	0
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
Vrijgeven in opdracht van 5.1.2e 4-11	0
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
Vrijgeven in opdracht van 5.1.2e 4-11	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0
Afkeur op documentatie (deze klopt op een aantal punten nie) en op spattest.	

*aangezien geen BFE testen zijn uitgevoerd kan geen uitspraak gedaan worden over type II

Preferred supplier (29-9) Relief Good Alliances (Shenquan)	
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
Afkeur op documentatie en spattest.	0
07-01-2022: Goedkeur, juiste DoC ontvangen, CE-markering en IIR op verpakking, testrapport NoBo pass.	
preferred supplier. Vrijgeven in opdracht van 5.1.2e 4-11	
07-01-2022: Goedkeur, jui:	0

