

To: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]
Cc: [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl [redacted] 5.1.2e @minvws.nl; [redacted] 5.1.2e [redacted] 5.1.2e @minvws.nl]; [redacted] 5.1.2e @zuyderland.nl]
From: [redacted] 5.1.2e
Sent: Wed 3/18/2020 10:39:18 AM
Subject: FW: dringende vraag aan Landelijk outbreak team (OMT) betreffend mondkapjes
Received: Wed 3/18/2020 10:39:21 AM

Kan ik via jullie deze vraag neerleggen bij het OMT?

Graag even een reactie.

[redacted] 5.1.2e

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @zuyderland.nl>
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:33
Aan: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @lnaz.nl>
Onderwerp: Fwd: dringende vraag aan Landelijk outbreak team (OMT) betreffende mondkapjes

[redacted] 5.1.2e

Kunnen jullie hier iets mee?

Gr [redacted] 5.1.2e

Verstuurd vanaf mijn iPad

Begin doorgestuurd bericht:

Van: [redacted] 5.1.2e <[redacted] 5.1.2e @zuyderland.nl>
Datum: 18 maart 2020 om 11:21:59 CET
Aan: "[redacted] 5.1.2e" <[redacted] 5.1.2e @zuyderland.nl>
Onderwerp: FW: dringende vraag aan Landelijk outbreak team (OMT) betreffende

Van: [redacted] 5.1.2e
Verzonden: woensdag 18 maart 2020 11:19
Aan: [redacted] 5.1.2e
CC: [redacted] 5.1.2e
Onderwerp: dringende vraag aan Landelijk outbreak team (OMT) betreffende mondkapjes
Urgentie: Hoog

Beste [redacted] 5.1.2e

Zojuist besproken.

Ik heb vanochtend met mijn directe contact collega bij het RIVM gesproken. Reden her sterilisatie op grote schaal door ETO gas bij een commercieel bedrijf.

Momenteel hebben wij (Zuyderland) met 1 gasplasma sterilisator (mogelijke vandaag uitbreiding met een 2^{de}) te weinig capaciteit om blijvend mondkapjes te her steriliseren. Een goede optie is om mondkapjes te laten her steriliseren door ETO gas. Deze sterilisatie methode wordt momenteel toegepast voor veel aan te leveren steriele medische hulpmiddelen (SMH) aan, waaronder ook alle mondkapjes.

Korte omschrijving proces: in een grote bulk gaan SMH in kartonnen dozen in een grote ruimte. Deze ruimte wordt gevuld met Ethyleen Oxide (ETO) gas. Na een bepaalde tijd en (helaas) ook een uitdamp tijd kunnen deze steriele medische hulpmiddelen worden uitgeleverd aan klanten.

Het RIVM onderstreept onze dringende vraag voor een opschaling van (alle) gebruikte mondkapjes (capaciteit, kosten en middelen). Door aanlevering van grote partijen aan een externe ETO bedrijf kunnen wij meer medewerkers en patiënten voorzien van een veilig mondkapje. Voor nieuwe SMH is deze methode gevalideerd. Echter deze her sterilisatie methode is onvoldoende getest. Daarom wil het RIVM fitheidstesten

(en e.v.t. andere testen uitvoeren) op deze her steriliseerde mondkapjes nadat zij monsters door Zuyderland hebben ontvangen.

De aanvraag voor deze testen loopt alleen via het landelijke OMT. Alleen na een directe opdracht van het OMT zal het RIVM deze testen mogen uitvoeren.

Vraag aan de 5.1.2e Kunnen jullie deze aanvraag neerleggen bij het landelijk OMT ?

Na goedkeuring zal ik testmonsters sturen naar het commercieel bedrijf en het RIVM.

Alvast dank voor de hulp

M.v.g.

5.1.2e

Postbus 5500, 6130 MB Sittard | H. Dunantstraat 5, 6419 PC Heerlen

T +31 5.1.2e | M 5.1.2e | E 5.1.2e @zuyderland.nl | W www.zuyderland.nl

1.2