17 tot 20-3

- **Test in fabriek 'WSZ FHL number 2245' door Jiangsu Guojian Testing Technology Co.**
  - *Filtration Efficiency*
    - Without pretreatment: [redacted] (10 samples)
    - With pretreatment: [redacted] (5 samples)
  - *Opvallend aan rapport:*
    - 25 units getest, slechts 23 resultate
    - Stempel half overheen geplakt(?)
  - NOTE: Arch and Hook zegt 'raport 23-3, maar dat is de *vertaaldatum*, niet de *testdatum*.

23-3

- **IGJ**: "Bepaalde normen voor mondneusmaskers van buiten de EU (o.a. China en de VS), zijn gelijkwaardig aan de Europese norm EN-149:2001+A1:2009 voor FFP2- en FFP3-mondneusmaskers."

?

- **Afspraken LCH / Arch and Hook**

31-3 tot 10-4

- **Test in fabriek door ?? (geen vertaling beschikbaar)**
  - *Filtration Efficiency*
    - [redacted] (10 samples)

20-4

- **Toezegging levering 'KN95 maskers' conform GB 2626 norm.**
  - 'Filtration Efficiency [redacted]

30-4

- **Test door National Personal Protective Technology Laboratory (U.S.A.)**
  - *Filter Efficiency*
    - [redacted] tot [redacted]
    - 3 maskers <norm KN95
    - Productie uit maart 2020
  - NOTE: Arch and Hook spreekt over 'rapport gedateerd 24 april', maar rapport is van 4 mei

?

- **Kwaliteitscontrole in Shanghai** (rapport?)

8-5

- **Vervoer naar NL**

17-5

- **Aankomst in NL**

19-5

- **Test in Vianen:**
  - [redacted]
  - "Masker is geen p2 kwaliteit bij PFE-test."